

临海市第一人民医院

单一来源采购专家认证意见

采购项目		采购单位 临海市第一人民医院	
联系人 林华珍		联系电话 0576-85170039	
采购项目名称		采购预算金额	
拟采用采购类型		拟采用采购方式	
分散自主采购		单一来源	
法规规定单一来源采购情形：			
1、只能从唯一供应商处采购的；			
2、购买服务项目，若更换承接主体，将会导致在现有的经济和技术条件下，无法保证与原有项目的一致性或服务配套要求，且会导致服务成本大幅增加或原有投资损失的。			
申请理由：			
M22 滤波片为易损件，现已经损坏，申请采购。			
拟定供应商名称		杭州德远电子科技有限公司	
专业人员论证意见：			
该滤光片为原厂配置，属于易损件，只有原厂适配的才能达到治疗效果。			

专业人员信息					采购意见	
序号	姓名	职称	岗位	工作单位	以上情况属实。 纪检监察室：刘 采购经办人：林 2024年4月17日	
1	于瑞芳	高级	设备副科长	第一		
2	陈强	中级	设备副科长	上海市		
3	陈卫华	高级	设备副科长	第一		